



Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное учреждение  
«Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и испытаний  
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  
(ФБУ «Тест-С.-Петербург»)



Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311483 от 29.12.2015 г.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 0202439

Действительно до "22" ноября 2019 г.

Эталон (средство измерений)

Установка поверочная ВПУ-Энерго М,

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном

модификация ВПУ-Энерго М-00-00-0-03,

информационном фонде по обеспечению единства измерений (если в состав эталона входят

60661-15

несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

серия и номер знака предыдущей поверки

отсутствует

(если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) 020.15.835

поверено см. на обороте

наименование величин, диапазонов, на которых поверен эталон (средство измерений)

поверено в соответствии с МП 0246-1-215 "Инструкция. ГСИ. Установки поверочные ВПУ-Энерго

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

М. Методика поверки.", ФГУП "ВНИИР", 2015г.

с применением эталонов единиц величин: Установка для поверки счетчиков жидкости

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии),

СТЕР-МТ-80/90-20 зав.№029, 3.2.ЗСП.1180.2015, ПГ±0.06%; калибратор многофункциональный

разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

BEAMEX MC6 зав.№602380, 3.1.ЗСП.0708.2015, ПГ±1 имп.

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха 20,2 °С,

приводят перечень влияющих факторов,

относительная влажность 31,3 %, атмосферное давление 100,7 кПа

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признан соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки



И.о. начальника отдела 435

должность

Поверитель

Дата поверки "23" ноября 2018 г.

Подпись

Подпись

О.Н. Устьянцева

Инициалы, фамилия

В.В. Быков

Инициалы, фамилия

